

Codice	Descrizione
CA-30	Cuscino con base preformata e gel automodellante 40 x 40 cm, altezza 7,5 cm
CA-31	Cuscino con base preformata e gel automodellante 42 x 42 cm, altezza 7,5 cm
CA-32	Cuscino con base preformata e gel automodellante 45 x 45 cm, altezza 7,5 cm

Indicazioni

Prevenzione di lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito costituito da una base anatomica realizzata con sistema poliuretano bicomponente atossico, non irritante e latex free e da uno strato superiore composto da una lastra in gel di poliuretano. La base in mousse consente un alleggerimento della pressione in prossimità delle sporgenze ossee sacrali e favorisce un allargamento della superficie di contatto, garantendo una migliore distribuzione dei picchi di pressione. Fodera bielastica ignifuga a cerniera, permeabile al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi. Resistente alle urine ed altri liquidi biologici. Base antiscivolo.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Materiali componenti

- Cuscino *Parte superiore*
 Gel di poliuretano contenuto in pellicola di poliuretano
Parte inferiore
 Sistema poliuretano bicomponente a memoria di forma
- Fodera *Parte superiore*
 Poliestere con spalmatura in poliuretano
 42% PES, 58% PU
Parte inferiore antiscivolo
 10% Poliestere, 90% PVC



Modalità di lavaggio

- Cuscino Tamponare solo con acqua pulita.
 Fodera Lavabile con comuni detergenti e acqua ossigenata. L'ipoclorito di sodio va usato unicamente in fase di prelavaggio, in soluzione diluita e a bassa temperatura, con successivo accurato risciacquo.

Conservazione


Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette ad usura.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA CUSCINO CON BASE PREFORMATA E GEL AUTOMODELLANTE</p>	<p>Rev 00 Settembre 2012</p>
--	---	----------------------------------

Riconducibilità Nomenclatore: 03.33.03.012

Codice CND: Y033303

Numero di repertorio:

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE