

Rev. 01
Aprile 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

031-0-111 – ROID I

Sfigmomanometro palmare ad
aneroide anti-shock

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice | Descrizione |
|-----------|--|
| 031-0-111 | Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare – modello ROID I |

| Indicazioni | |
|-------------|---|
| Produttore | BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania |
| CND | Z12040199 |
| Repertorio | 270676 |
| Conformità | Dispositivo Medico di classe I con funzioni di misura conforme alla Direttiva CEE 93/42 |

Indicazioni

Sfigmomanometro ad aneroide per la misura della pressione arteriosa in ambito medico ospedaliero.

Descrizione

Sfigmomanometro ad aneroide di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo, dotato di quadrante di diametro 60 mm con anello cromato, manometro protetto da eccessiva pressione e valvola di regolazione aria in metallo.

Il manometro ha uno chassis in materiale plastico con anello di protezione in metallo, il meccanismo in ottone, il quadrante graduato in alluminio e la lente di protezione del quadrante in plexiglass.

Bracciale per adulti realizzato in poliammide con chiusura a velcro.

Accessori presenti all'interno della confezione

| |
|-----------------------|
| 031-0-111 – ROID I |
| Bracciale adulti |
| Custodia di trasporto |

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Parametri rilevati: | Pressione arteriosa |
| Metodi di misura: | auscultatorio Riva Rocci Korotkoff |
| Pressurizzazione: | manuale mediante monopalla |
| Range pressione di gonfiaggio: | 0 – 300 mmHg |
| Campo di applicazione: | adulti, bambini e neonati |

Controindicazioni e avvertenze

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

| | |
|-----------|--|
| 111-4-250 | Bracciale adulti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 53 x 14 cm – circonferenza 22 -32 cm , coloro nero. |
| 110-4-250 | Bracciale adulti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 53 x 14 cm – circonferenza 22 -32 cm , coloro blu. |
| 111-4-130 | Bracciale obesi a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 64 x 15 cm – circonferenza 33 -41 cm , coloro nero. |
| 111-4-200 | Bracciale obesi a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 84 x 14 cm – circonferenza oltre 41 cm , coloro nero. |
| 211-4-300 | Bracciale bambini a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 34 x 10 cm – circonferenza 14 -21 cm , coloro nero. |
| 211-4-310 | Bracciale bambini piccoli a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 28 x 6,5 cm – circonferenza 8 -13 cm , coloro nero. |
| 311-4-350 | Bracciale infanti a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 34 x 6 cm – circonferenza inferiore a 8 cm , coloro nero. |
| 311-4-400 | Bracciale neonatale a 1 tubo completi di camera d'aria e chiusura a velcro, dimensioni 20 x 4 cm – circonferenza inferiore a 8 cm , coloro nero. |

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142