

Rev. 01  
Giugno 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

9520.13.000

Lampadina diagnostica in plastica

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
9520.13.000	Lampadina diagnostica in plastica, colore bianco

Indicazioni	
Produttore	FRIEDRICH BOSCH GmbH and co KG
CND	Z129004
Repertorio	98041/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Lampadina diagnostica per esaminare superfici cutanee.

### Descrizione

Lampadina per diagnostica in plastica bianca con accensione a pulsante, completa di 2 batterie .

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



### **INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it) • [www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it)  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142