

Rev. 00  
Dicembre 2012

 LifeMED

## Scheda tecnica

D-100

Termometro digitale impermeabile

 INTERMED  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
D-100	Termometro digitale impermeabile. Rilevazione della temperatura in 60 sec.

Indicazioni	
Produttore	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd
CND	V03010102
Repertorio	789312/R
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

### Indicazioni

Termometro per la misura della temperatura in ambito domiciliare per adulti, bambini e neonati.

### Descrizione

Termometro digitale per utilizzo orale, rettale e ascellare dal design moderno e funzionale.

Grande display a cristalli liquidi con indicazione temperatura, allarme stato febbrile, temperatura misurata troppo elevata e troppo bassa.

Segnale acustico di termine misura.

Spegnimento automatico dopo 10 minuti dall'ultima operazione.

Memoria dell'ultima rilevazione.

### Caratteristiche tecniche

<b>Precisione:</b>	$\pm 0.1$ °C, 35.5 °C – 42 °C $\pm 0.2$ °C sotto 35.5 °C o sopra 42 °C
<b>Range di misura:</b>	32 °C – 42.9 °C

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

<b>Display</b>	Cristalli liquidi, 3 1/2
<b>Memoria</b>	Ultima misurazione
<b>Batteria</b>	1 da 1.5 V DC. Batteria a bottone (LR41 o SR41, UCC392)
<b>Durata della batteria</b>	Circa 200 ore
<b>Dimensioni</b>	12.4 cm x 1.7 cm x 1.0 cm (L x W x H)
<b>Peso</b>	Circa 11 gr. (batteria compresa)
<b>Ambiente di utilizzo</b>	Temperatura: 5 °C ~ 40 °C Umidità relativa: ≤ 85% RH
<b>Condizioni di conservazione e trasporto</b>	Temperatura: -10 °C ~ 55 °C Umidità relativa: ≤ 95% RH
<b>Livello di impermeabilità</b>	Impermeabile
<b>Classificazione</b>	Tipo B
<b>Normativa di riferimento</b>	EN12470-3:2000+a12009, ASTM E 1112-00

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di alcool (isopropile al 70%).

Pulire accuratamente la punta per evitare misure artefatte.

Non usare benzina o solventi.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142