

**KIT ANTIDECUBITO LION  
 COMPRESSORE CON REGOLATORE  
 E SOVRAMATERASSO A BOLLE**

| Codice            | Descrizione                     |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>PR-100.705</b> | Kit antidecubito LION           |
| <b>PR-100.726</b> | Compressore con regolatore LION |
| <b>PR-100.708</b> | Sovramaterasso a bolle d'aria   |

**Indicazioni**

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

**Descrizione**

Kit composto da compressore con regolatore a ciclo alternato, sovrामaterasso a bolle a rilascio d'aria con lembi di fissaggio, tubi connettori per il gonfiaggio e set di riparazione. La differenza di pressione tra file di bolle alternate consente la movimentazione costante della superficie corporea a contatto e concorre, in questo modo, alla prevenzione delle lesioni da decubito.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Dopo avere posizionato il sovrामaterasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di utilizzare un materasso con altezza inferiore. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

**Pulizia**

Pulire con panno umido e disinfettanti non aggressivi. Non utilizzare abrasivi ed oggetti appuntiti o taglienti. Dispositivo non autoclavabile.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Caratteristiche del compressore PR-100.726**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Alimentazione           | <b>220V - 50Hz</b>         |
| Consumo                 | <b>8 W</b>                 |
| Fuoriuscita d'aria      | <b>4,5 litri al minuto</b> |
| Pressione               | <b>40 mmHg - 120 mmHg</b>  |
| Ciclo di scambio d'aria | <b>10 minuti</b>           |
| Fusibile                | <b>1 da 1A</b>             |
| Frequenza               | <b>50-60 Hz</b>            |
| Dimensioni              | <b>24 x 12 x 12 cm</b>     |
| Peso                    | <b>1.6 kg</b>              |

Classe di isolamento II  
 Apparecchio di tipo BF

**Ricambi disponibili per compressore PR-100.726**

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>A-1</b>    | Coperchio                   |
| <b>A-224</b>  | Aeratore completo           |
| <b>A-25</b>   | Supporto antishock aeratore |
| <b>A-34</b>   | Motorino scambiatore        |
| <b>A-41</b>   | Connettore                  |
| <b>A-47</b>   | Manopola di regolazione     |
| <b>A-48</b>   | Interruttore on/off         |
| <b>A-5360</b> | Base completa               |



### **KIT ANTIDECUBITO LION COMPRESSORE CON REGOLATORE E SOVRAMATERASSO A BOLLE**

#### **Caratteristiche del sovramaterasso PR-100.708**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dimensioni (con lembi) | <b>300 x 90 x 8 cm</b>                     |
| Superficie utile       | <b>200 x 90 cm</b>                         |
| Bolle d'aria           | <b>130</b>                                 |
| Materiale componente   | <b>PVC a bassa tossicità - UNI EN 71-3</b> |
| Spessore               | <b>0,4 mm</b>                              |
| Colore                 | <b>beige</b>                               |
| Portata                | <b>120 kg</b>                              |

Kit di riparazione incluso

**Confezione** Singola

**Imballo** 6 pezzi

#### **Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/EC rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

#### **Garanzia**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Compressore | 24 mesi per difetti di fabbricazione |
| Materasso   | 12 mesi per difetti di fabbricazione |

**Codice Nomenclatore** **03.33.06.018**

#### **Kit antidecubito LION – PR-100.705**

**Codice CND** **Z12040212**  
**N. Repertorio** **95303**

#### **Compressore con regolatore LION – PR-100.726**

**Codice CND** **Y033309**  
**N. Repertorio** **1206699/R**

#### **Sovramaterasso a bolle d'aria – PR-100.708**

**Codice CND** **Y033306**  
**N. Repertorio** **99700/R**

**Produttore** **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

