

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 27.04.2010	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

<b>ST725</b>	<b>Materasso in poliuretano 3 sezioni</b>
--------------	---

*Destinazione d'uso*

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

**Caratteristiche principali**

Il materasso ST725 è sezionato in 3 segmenti per meglio seguire il sistema basculante del letto. E' realizzato in poliuretano espanso, a ritardata combustione, di densità 25P e per creare una migliore areazione viene sviluppato a piramidi tronche.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	<i>MORETTI S.P.A.</i>
<b>Paese di produzione</b>	<i>ITALIA</i>
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	<i>Classe I</i>
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	<i>35228</i>
<b>Codice di classificazione CND</b>	<i>Y033306</i>
<b>Codice nomenclatore</b>	<i>03.33.06.003</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Materasso</b>	<i>Poliuretano</i>
------------------	--------------------

**DIMENSIONI**

<b>Lunghezza</b>	<i>190 Cm</i>
<b>Larghezza</b>	<i>85 Cm</i>
<b>Altezza</b>	<i>12,5 Cm</i>
<b>Peso</b>	<i>5,7 Kg.</i>
<b>Dimensione singola sezione</b>	<i>65 x 85 Cm</i>
<b>Peso Massimo paziente</b>	<i>120 Kg</i>